



AB28

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СЕРКОНС"

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.11AB28  
115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, Россия.  
Тел.: + 7 (495) 782 1708, факс: +7 (495) 782 1701.  
Сайт: www.serconsrus.ru, e-mail: info@serconsrus.com

Исх. № 01-11/13 от «19» 01 20 15 г.

Генеральному директору

**ЗАО «ДИАКОН»**

**Н.А. Усачёву**

Адрес: 142290, Московская обл., г. Пушино,  
Ул. Грузовая, д.1а

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции ООО «СЕРКОНС» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB28) информирует Вас о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенным в действие с 15.02.2010 г. указанная ниже продукция:

Наименование продукции	Код ОКП
<b>Материалы расходные для анализатора иммунохемилюминесцентного PATHFAST:</b>	<b>93 9800</b>
Наконечники одноразовые PATHFAST (PATHFAST Tip)	<b>93 9800</b>
Контейнеры для использованных наконечников PATHFAST (PATHFAST Waste Box)	<b>93 9800</b>
<b>Тест-системы и контрольные материалы для анализатора иммунохемилюминесцентного PATHFAST:</b>	<b>93 9817</b>
Тест-система для определения высокочувствительного Тропонина I PATHFAST (PATHFAST cTnI): <ul style="list-style-type: none"><li>- картриджи с реагентами (60 шт.);</li><li>- калибратор 1 (1 фл. х 2мл);</li><li>- калибратор 2 ( 2 фл. х 1мл);</li><li>- растворитель для калибраторов (2 фл. х 1мл);</li><li>- карта эталонной калибровки (1 шт.);</li><li>- инструкция (1 шт.);</li><li>- паспорт контрольных значений (1 шт.)</li></ul>	<b>93 9817</b>
Тест-система для определения NTproBNP PATHFAST (PATHFAST NTproBNP): <ul style="list-style-type: none"><li>- картриджи с реагентами (60 шт.);</li><li>- калибратор 1 (1 фл. х 2мл);</li><li>- калибратор 2 ( 2 фл. х 1мл);</li><li>- растворитель для калибраторов (2 фл. х 1мл);</li><li>- карта эталонной калибровки (1 шт.);</li><li>- инструкция (1 шт.);</li><li>- паспорт контрольных значений (1 шт.)</li></ul>	<b>93 9817</b>

<p>Тест-система для определения Креатинкиназы MB PATHFAST (PATHFAST CK-MB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- картриджи с реагентами (60 шт.);</li> <li>- калибратор 1 (1 фл. х 2мл);</li> <li>- калибратор 2 ( 2 фл. х 1мл);</li> <li>- растворитель для калибраторов (2 фл. х 1мл);</li> <li>- карта эталонной калибровки (1 шт.);</li> <li>- инструкция (1 шт.);</li> <li>- паспорт контрольных значений (1 шт.)</li> </ul>	93 9817
<p>Тест-система для определения Миоглобина PATHFAST (PATHFAST Myo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- картриджи с реагентами (60 шт.);</li> <li>- калибратор 1 (1 фл. х 2мл);</li> <li>- калибратор 2 ( 1 фл. х 2мл);</li> <li>- карта эталонной калибровки (1 шт.);</li> <li>- инструкция (1 шт.);</li> <li>- паспорт контрольных значений (1 шт.)</li> </ul>	93 9817
<p>Тест-система для определения высокочувствительного СРБ PATHFAST (PATHFAST hsCRP):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- картриджи с реагентами (60 шт.);</li> <li>- калибратор 1 ( 1 фл. х 2мл);</li> <li>- калибратор 2 ( 1 фл. х 2мл);</li> <li>- карта эталонной калибровки (1 шт.);</li> <li>- инструкция (1 шт.);</li> <li>- паспорт контрольных значений (1 шт.)</li> </ul>	93 9817
<p>Тест-система для определения Д-Димера PATHFAST (PATHFAST D-Dimer):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- картриджи с реагентами (60 шт.);</li> <li>- калибратор 1 (1 фл. х 2мл);</li> <li>- калибратор 2 ( 2 фл. х 1мл);</li> <li>- растворитель для калибраторов (2 фл. х 1мл);</li> <li>- карта эталонной калибровки (1 шт.);</li> <li>- инструкция (1 шт.);</li> <li>- паспорт контрольных значений (1 шт.)</li> </ul>	93 9817
<p>Тест-система для определения ХГЧ PATHFAST (PATHFAST HCG):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- картриджи с реагентами (60 шт.);</li> <li>- калибратор 1 (1 фл. х 2мл);</li> <li>- калибратор 2 ( 2 фл. х 1мл);</li> <li>- растворитель для калибраторов (2 фл. х 1мл);</li> <li>- карта эталонной калибровки (1 шт.);</li> <li>- инструкция (1 шт.);</li> <li>- паспорт контрольных значений (1 шт.)</li> </ul>	93 9817
<p>ХГЧ контроль PATHFAST (PATHFAST HCG Control):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль 1 (2 фл. х 1мл);</li> <li>- контроль 2 ( 2 фл. х 1мл);</li> <li>- растворитель для калибраторов (4 фл. х 1мл);</li> <li>- инструкция (1 шт.);</li> <li>- паспорт контрольных значений (1 шт.)</li> </ul>	93 9817
<p>Тест-система для определения Пресепсина PATHFAST (PATHFAST Presepsin):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- картриджи с реагентами (60 шт.);</li> <li>- калибратор 1 (1 фл. х 2мл);</li> </ul>	93 9817

<ul style="list-style-type: none"> <li>- калибратор 2 ( 2 фл. х 1мл);</li> <li>- растворитель для калибратора (2 фл. х 1 мл);</li> <li>- карта эталонной калибровки (1 шт.);</li> <li>- инструкция (1 шт.);</li> <li>- паспорт контрольных значений (1 шт.)</li> </ul>	
<i>Пресепсин контроль PATHFAST (PATHFAST Presepsin Control):</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль 1 (2 фл. х 1мл);</li> <li>- контроль 2 ( 2 фл. х 1мл);</li> <li>- растворитель для контролей (4 фл. х 1 мл);</li> <li>- инструкция (1 шт.);</li> <li>- паспорт контрольных значений (1 шт.)</li> </ul>	93 9817

**не подлежит** обязательному подтверждению соответствия. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС



А.А. Григорьев